






義大醫療 2022 年 03 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD GD40)(試片批號: TD21G101S-GED)

1. 各單位機台序號、平均值(Mean)、標準差(SD)、操作次數請詳見後表所示。
2. 全院血糖機(Target)Youden Plot 圖表如圖所示。
3. 3 月份無單位品管月平均值超出原廠設定範圍，各單位確實執行血糖機品管，結果良好。下個月將持續觀察各單位品管表現。
4. 本月份統計機台共有 **15** 台，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長		技術主任		審核人員	
----	---	------	---	------	---

日期: 2022 年 3 月

2022年3月份全院血糖機品管表

血糖機序號	試片批號	使用單位	QC1 Mean	QC1 SD	QC2 Mean	QC2 SD	次數
4272118120030818	TD18F108R-GEE	9B病房	44	0	295	0	1
427211812003283C	TD18F108R-GEE	恢復室	41	0	321	0	1
4272118440002519	TD18L306P-GFE	12B病房	44	0	299	0	1
4272118120021717	TD18L306P-GFE	13A病房	44	0	264	0	1
4272118120029955	TD18L306P-GFE	門診-血壓櫃台	34	0	254	0	1
4272118440002519	TD20C119P-GEE	12B病房	39	0	302	0	1
427211812003182A	TD20C119P-GEE	8B病房	40	1	281	11	2
427211844000192D	TD20C119P-GEE	9B病房	42	0	313	0	1
4272118440002306	TD20C119P-GEE	9B病房	38	0	283	0	1
427211812002167C	TD20C119P-GEE	大昌-6G	42	0	334	0	1
4272118440001972	TD20C119P-GEE	蔗-3L ICU	37	2	277	5	2
427211812003075B	TD20C119P-GEE	蔗-6C	47	0	270	0	1
4272118440002148	TD21G101S-GED	大昌-護理科(董事長)	36	2	303	7	15
427211812002174A	TD21G101S-GED	門診-心臟內科	37	2	317	11	21
4272118440002238	TD21G101S-GED	門診-血壓櫃台	38	2	303	12	28
4272118120031707	TD21G101S-GED	門診-家醫科	38	4	308	15	23
427211812002772E	TD21G101S-GED	門診-神內1	36	2	301	79	25
427211844000293F	TD21G101S-GED	門診-神內2	38	2	302	57	24
427211812003272A	TD21G101S-GED	門診-腎臟科	39	3	314	18	17
4272118120028943	TD21G101S-GED	門診-感染科	37	3	303	12	23
427211812002183A	TD21G101S-GED	急診	36	2	310	15	32
427211812002881F	TD21G101S-GED	急診	36	2	306	54	27
427211844000119C	TD21G101S-GED	急診	38	0	294	7	4
427211844000147D	TD21G101S-GED	急診	35	3	312	15	31
4272118440001529	TD21G101S-GED	急診	36	3	299	15	22
4272118440002793	TD21G101S-GED	急診	38	3	307	13	31
4272118440002995	TD21G101S-GED	急診	36	3	312	12	31

2022年3月份全院血糖機(Target)Youden Plot 試片批號:TD21G101S-GED

