義大醫療 2026 年 10 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)
(試片批號: TD25H129-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。

2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。

3. 10 月份所有單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。

4. 本月份統計單位共有 **66** 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 http://exdep.edah.org.tw/cp/。

部長	醫學檢驗部 2026.11.16 鄭維文 部長	技術主任	技術主任 2026.11.10	技術主任 2026.11.10 潘冠頤 技術主任 2026.11.13 許欽豪 技術主任 2026.11.10 江亭蕙	審核人員	醫檢師 2026-11-10. 洪怡仙

列印時間 : 2026/11/09 15:30

全院品管統計表

查詢日期區間 : 2026/10/01 ~ 2026/10/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000001	化療中心	22	22	0	100.00	0.00
2	A0000002	日間病房	5	5	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	76	76	0	100.00	0.00
4	A0000006	美容中心	10	9	1	90.00	10.00
5	A0000008	家醫科(偏鄉)	5	5	0	100.00	0.00
6	A0000009	家醫科居家訪視	8	8	0	100.00	0.00
7	A0000010	核醫科	22	21	1	95.45	4.55
8	A0000011	健診	24	24	0	100.00	0.00
9	A0000012	產房	18	18	0	100.00	0.00
10	A0000013	麻醉科	41	40	1	97.56	2.44
11	A0000017	職業醫學科	4	4	0	100.00	0.00
12	A000005A	5A病房	12	12	0	100.00	0.00
13	A000005B	5B病房	31	31	0	100.00	0.00
14	A000006A	6A病房	62	62	0	100.00	0.00
15	A000006B	6B病房	62	61	1	98.39	1.61
16	A000007A	7A病房	64	62	2	96.88	3.13
17	A000007B	7B病房	66	63	3	95.45	4.55
18	A000008A	8A病房	62	61	1	98.39	1.61
19	A000008B	8B病房	63	62	1	98.41	1.59
20	A000009A	9A病房	63	62	1	98.41	1.59
21	A000009B	9B病房	33	33	0	100.00	0.00
22	A00000ER	急診	222	215	7	96.85	3.15
23	A000010A	10A病房	62	62	0	100.00	0.00
24	A000011A	11A病房	62	62	0	100.00	0.00
25	A000011B	11B病房	63	62	1	98.41	1.59
26	A000012A	12A病房	62	62	0	100.00	0.00
27	A000012B	12B病房	93	93	0	100.00	0.00
28	A000013A	13A病房	93	93	0	100.00	0.00
29	A000013B	13B病房	62	62	0	100.00	0.00
30	A0000CCU	CCU	58	56	2	96.55	3.45

列印時間 : 2026/11/09 15:30

全院品管統計表

查詢日期區間 : 2026/10/01 ~ 2026/10/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000HDR	HDR	75	72	3	96.00	4.00
32	A0000IMU	IMU	31	31	0	100.00	0.00
33	A0000RCC	RCC	56	55	1	98.21	1.79
34	A000MICU	MICU	60	59	1	98.33	1.67
35	A000PICU	PICU	90	89	1	98.89	1.11
36	A00NSICU	NSICU	59	56	3	94.92	5.08
37	A00SICU1	SICU	63	62	1	98.41	1.59
38	A00SICU2	SICU-2	62	62	0	100.00	0.00

註 : 所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主; 若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

列印時間 : 2026/11/10 09:44

全院品管統計表

查詢日期區間 : 2026/10/01 ~ 2026/10/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000002	癌-高壓氧中心	18	18	0	100.00	0.00
2	C0000003	癌-透析室	28	27	1	96.43	3.57
3	C0000006	癌-護理之家	85	84	1	98.82	1.18
4	C000005C	癌-5C	30	29	1	96.67	3.33
5	C000005D	癌-5D	30	30	0	100.00	0.00
6	C000006C1	癌-6C	62	62	0	100.00	0.00
7	C000006D	癌-6D	64	58	6	90.63	9.38
8	C000007C	癌-7C	63	62	1	98.41	1.59
9	C000007D	癌-7D	65	62	3	95.38	4.62
10	C000008C	癌-8C	62	62	0	100.00	0.00
11	C000008D	癌-8D	64	63	1	98.44	1.56
12	C00000ER	癌-急診	63	63	0	100.00	0.00
13	C003LICU1	癌-3LICU	63	58	5	92.06	7.94
14	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	9	9	0	100.00	0.00
15	D0000003	大昌-嬰兒室	31	30	1	96.77	3.23
16	D000010H	大昌-10H	32	31	1	96.88	3.13
17	D000005G	大昌-5G	31	31	0	100.00	0.00
18	D000006G	大昌-6G	57	57	0	100.00	0.00
19	D000008J	大昌-8J	31	31	0	100.00	0.00
20	D000009G	大昌-9G	63	62	1	98.41	1.59
21	D000009H	大昌-9H	68	63	5	92.65	7.35
22	D00000ER	大昌-急診	60	59	1	98.33	1.67
23	D0000HDR	大昌-HDR	23	23	0	100.00	0.00
24	D0000IMU	大昌-IMU	30	30	0	100.00	0.00
25	D0000PD2	大昌-OPD(2)	25	25	0	100.00	0.00
26	D00B10PD	大昌-B1門診	55	54	1	98.18	1.82

註 : 所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主; 若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

列印時間 : 2026/11/10 09:48

全院品管統計表

查詢日期區間 : 2026/10/01 ~ 2026/10/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000PD1	義大醫院門診	210	206	4	98.10	1.90
2	C0000PD1	癌醫-門診	107	101	6	94.39	5.61

註 : 所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主; 若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除


(義大)

列印時間 ： 2026/11/09 15:31


試片品管統計圖表

查詢年月 ： 2026/10

批號試片碼 ： TD25H129-BDD



Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	2027		
	Record	Target	
Mean :	49.63	48.5	
SD :	4.31	5	
CV% :	8.68		
Bias(%) :	2.33		
Low :	0	High :	165



Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	2014		
	Record	Target	
Mean :	297.02	301	
SD :	20.44	15	
CV% :	6.88		
Bias(%) :	1.32		
Low :	0	High :	364


(癌医、大昌)、

列印時間 ： 2026/11/10 09:45


試片品管統計圖表

查詢年月 ： 2026/10

批號試片碼 ： TD25H129-BDD



Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1212		
	Record	Target	
Mean :	49.34	48.5	
SD :	3.31	5	
CV% :	6.71		
Bias(%) :	1.73		
Low :	0	High :	63



Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1207		
	Record	Target	
Mean :	297	301	
SD :	22.11	15	
CV% :	7.44		
Bias(%) :	1.33		
Low :	0	High :	415


(義大門診、癌醫門診).

列印時間 ： 2026/11/10 09:49


試片品管統計圖表

查詢年月 ： 2026/10

批號試片碼 ： TD25H129-BDD



Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	317		
	Record	Target	
Mean :	49.47	48.5	
SD :	4.62	5	
CV% :	9.34		
Bias(%) :	2		
Low :	0	High :	66



Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	313		
	Record	Target	
Mean :	296.47	301	
SD :	24.04	15	
CV% :	8.11		
Bias(%) :	1.5		
Low :	52	High :	349